

独立行政法人国立病院機構 新潟病院

項目	基準範囲	基準範囲	単位	測定法	メーカー
	下限	上限			
TP	6.6	8.1	g/dl	ビウレット法	カイノス
ALB	4.1	5.1	g/dl	BCP改良法	カイノス
BUN	8.0	20	mg/dl	ウレアーゼ法(NH3消去法)	シノテスト
CRE(M)	0.65	1.07	mg/dl	酵素法	シノテスト
CRE(F)	0.46	0.79	mg/dl	酵素法	シノテスト
UA(M)	3.7	7.8	mg/dl	ウリカーゼ・ペルオキダーゼ法	協和メデックス
UA(F)	2.6	5.5	mg/dl	ウリカーゼ・ペルオキダーゼ法	協和メデックス
T-BIL	0.4	1.50	mg/dl	バナジン酸酸化法	和光
D-BIL	0.05	0.30	mg/dl	バナジン酸酸化法	和光
Ca	8.8	10.1	mg/dl	アルセナゾⅢ法	セロツテク
IP	2.7	4.6	mg/dl	酵素法	セロツテク
Fe	40	188	μg/dl	直接比色法	協和メデックス
UIBC(M)	81	351	μg/dl	直接比色法	協和メデックス
UIBC(F)	126	388	μg/dl	直接比色法	協和メデックス
Mg	1.8	2.4	mg/dl	G-6-PHD法	三菱化学
T-CHO	142	248	mg/dl	酸化酵素法	積水メディカル
TG(M)	40	234	mg/dl	酵素法(グリセロール消去)	積水メディカル
TG(F)	30	117	mg/dl	酵素法(グリセロール消去)	積水メディカル
HDL-C(M)	38	90	mg/dl	直接法	積水メディカル
HDL-C(F)	48	103	mg/dl	直接法	積水メディカル
LDL-C	65	163	mg/dl	直接法	積水メディカル
GUL(血漿)	73	109	mg/dl	ヘキソキナーゼ・UV法	シノテスト
GUL(血清)	73	109	mg/dl	ヘキソキナーゼ・UV法	シノテスト
Na	138	145	mEq/L	選択イオン電極法	日本電子
K	3.6	4.8	mEq/L	選択イオン電極法	日本電子
Cl	101	108	mEq/L	選択イオン電極法	日本電子
AST	13	30	IU/L	JSCC標準化対応法	和光
ALT(M)	10	42	IU/L	JSCC標準化対応法	和光
ALT(F)	7	23	IU/L	JSCC標準化対応法	和光
ALP	38	113	IU/L	IFCC標準化対応法	和光
LDH	124	222	IU/L	IFCC標準化対応法	和光
CK(M)	59	248	IU/L	JSCC標準化対応法	和光
CK(F)	41	153	IU/L	JSCC標準化対応法	和光
γ-GTP(M)	13	64	IU/L	JSCC標準化対応法	和光
γ-GTP(F)	9	32	IU/L	JSCC標準化対応法	和光
AMY	44	132	IU/L	JSCC標準化対応法	セロツテク
CHE(M)	240	486	IU/L	JSCC標準化対応法	セロツテク
CHE(F)	201	421	IU/L	JSCC標準化対応法	セロツテク
IgG	861	1747	mg/dl	免役比濁法	和光
IgA	93	393	mg/dl	免役比濁法	和光
IgM(M)	33	183	mg/dl	免役比濁法	和光
IgM(F)	50	269	mg/dl	免役比濁法	和光
IgE	3.4	304	IU/ml	免役比濁法	LSIメディエンス
C3	73	138	mg/dl	免役比濁法	和光
C4	11	31	mg/dl	免役比濁法	和光
CRP	0	0.14	mg/dl	ラテックス法	積水メディカル
RF	0	15	IU/ml	ラテックス法	栄研化学
ASO	0	166	IU/ml	ラテックス法	デンカ生研
プレアルブミン(M)	23	42	mg/dl	免役比濁法	ニッポー
プレアルブミン(F)	22	34	mg/dl	免役比濁法	ニッポー
アンモニア	0	75	μg/mL	発色法	アークレイ
インシュリン	1.9	13.7	μU/mL	化学発光酵素免疫法	フジレビオ
ジゴキシシン	0.8	2.0	ng/mL	ラテックス免疫比濁法	積水メディカル
テオフィリン	10	20	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	積水メディカル
カルバマゼピン	4.0	10.1	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	積水メディカル
バルプロン酸	50	100	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	積水メディカル
フェニトイン	10	20	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	積水メディカル
フェノバルビタール	15	40	μg/mL	ラテックス免疫比濁法	積水メディカル

項目	基準範囲	基準範囲	単位	測定法	メーカー
	下限	上限			
HbA1C	4.9	6	%	HPLC法	東ソー
TSH	0.610	4.230	μ U/mL	化学発光酵素免疫法	フジレビオ
FT-3	2.3	4.1	pg/ml	化学発光酵素免疫法	フジレビオ
FT-4	0.7	1.7	ng/dl	化学発光酵素免疫法	フジレビオ
WBC	33	86	$\times 10^2$	シースフローDC検出法	シスメックス
RBC(男)	435	555	$\times 10^4$	シースフローDC検出法	シスメックス
RBC(女)	386	492	$\times 10^4$	シースフローDC検出法	シスメックス
Hct(男)	40.7	50.1	%	赤血球パルス波高値検出法	シスメックス
Hct(女)	35.1	44.4	%	赤血球パルス波高値検出法	シスメックス
Hgb(男)	13.7	16.8	g/dl	SLS・ヘモグロビン法	シスメックス
Hgb(女)	11.6	14.8	g/dl	SLS・ヘモグロビン法	シスメックス
PLT	15.8	34.8	$\times 10^4$	シースフローDC検出法	シスメックス
PT	10.8	15.8	秒	多波長透過光検出法	シスメックス
APTT	24	36	秒	多波長透過光検出法	シスメックス
フィブリノゲン	200	400	mg/dl	多波長透過光検出法	シスメックス
FDP	0	4.9	μ g/mL	ラテックス比濁法	積水メディカル
HS-DD	0	499	ng/mL	ELFA	シスメックス
ATⅢ	70.0	130.0	%	多波長透過光検出法	積水メディカル
SFMC	0.0	6.9	μ g/mL	多波長透過光検出法	LSIメディエンス
NAG	0.4	11.5	I/U	4HP-NAG基質法	和光
ABsAg		1.0未満	C.O.I	化学発光酵素免疫法	フジレビオ
ABsAb		10未満	C.O.I	化学発光酵素免疫法	フジレビオ
HCV		1.0未満	C.O.I	化学発光酵素免疫法	オーソ
TPAb		1.0未満	C.O.I	ラテックス凝集比濁法	シノテスト
妊娠反応		(-)		イムノクロマト法	栄研化学
フェリチン(男)	21	282	ng/mL	ラテックス凝集免疫比濁法	カイノス
フェリチン(女)	5	157	ng/mL	ラテックス凝集免疫比濁法	カイノス

平成26年11月改正
平成27年11月改正
令和3年1月改正
令和3年3月改正
令和4年4月改正